

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围           | 规格             | 准确度等级/测量扩展不确定度 | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明        | 基础收费 | 加收规则说明1            | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|-----------------|------|--------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 1  | 新增    | 扭矩扳子检定仪     | (1~1000) Nm    | /              | 0.3级及以下        | 现场         | 个    | 一个传感器<br>单个扭矩方向 | 800  | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 2  | 新增    | 扭矩扳子检定仪     | (1000~3000) Nm | /              | 0.3级及以下        | 现场         | 个    | 一个传感器<br>单个扭矩方向 | 1000 | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 3  | 新增    | 差压表         | /              | /              | /              | 均可         | 台    | /               | 100  | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 4  | 新增    | 活塞式压力计      | ≤250MPa        | /              | 0.02级          | 送检         | 台    | /               | 1000 | 活塞式压力计<br>专用砝码(每块) | 70       | /       | /        | /       | /        |
| 5  | 新增    | 活塞式压力计      | ≤250MPa        | /              | 0.01级          | 送检         | 台    | /               | 1300 | 活塞式压力计<br>专用砝码(每块) | 90       | /       | /        | /       | /        |
| 6  | 新增    | 空盒气压表       | /              | /              | /              | 送检         | 台    | /               | 700  | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 7  | 新增    | 数字压力计       | /              | /              | 0.02级          | 送检         | 台    | /               | 1000 | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 8  | 新增    | 数字压力计       | /              | 绝压(绝对压力)       | 0.05级及以下       | 送检         | 台    | /               | 1000 | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 9  | 新增    | 数字压力计       | /              | >60MPa且≤250MPa | 0.05级及以下       | 送检         | 台    | /               | 1000 | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 10 | 新增    | 无创自动测量血压计   | /              | /              | /              | 均可         | 台    | /               | 200  | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 11 | 新增    | 压力变送器       | /              | 绝压(绝对压力)       | /              | 均可         | 台    | /               | 1000 | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 12 | 新增    | 压力变送器       | (-0.1~250) MPa | 表压             | 0.1级、0.075级    | 均可         | 元    | /               | 600  | /                  | /        | /       | /        | /       | /        |
| 13 | 新增    | 压力发生器       | /              | /              | 0.02级及以下       | 送检         | 台    | /               | 1000 | 每增加一量程             | 1000     | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围        | 规格           | 准确度等级/测量扩展不确定度             | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1      | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|------------|------|----------|------|--------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 14 | 新增    | 压力发生器       | /           | /            | 0.01级                      | 送检         | 台    | /        | 1400 | 每增加一量程       | 1400     | /       | /        | /       | /        |
| 15 | 新增    | 压力控制器       | /           | (-0.1~60)MPa | 0.5级及以下                    | 均可         | 台    | /        | 500  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 16 | 新增    | 电子天平        | 0.1μg~50g   | Max≤50g      | I级(d=0.1μg)                | 均可         | 台    | /        | 3600 | 每增加一档加收1000元 | 1000     | /       | /        | /       | /        |
| 17 | 新增    | 电子天平        | 1μg~500g    | Max≤500g     | I级(d=1μg)                  | 均可         | 台    | /        | 3000 | 每增加一档加收1000元 | 1000     | /       | /        | /       | /        |
| 18 | 新增    | 电子天平        | >(20~500)kg | /            | I级                         | 均可         | 台    | /        | 3000 | 每增加一档加收1000元 | 1000     | /       | /        | /       | /        |
| 19 | 新增    | 电子天平        | >500kg      | /            | I级                         | 均可         | 台    | /        | 5000 | 每增加一档加收1000元 | 1000     | /       | /        | /       | /        |
| 20 | 新增    | 电子天平        | >2000kg     | /            | II级                        | 均可         | 台    | /        | 3600 | 每增加一档加收1000元 | 1000     | /       | /        | /       | /        |
| 21 | 新增    | 砝码          | >2000kg     | /            | M1等级                       | 送检         | 块    | /        | 900  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 22 | 新增    | 砝码          | >2000kg     | /            | M2等级                       | 送检         | 块    | /        | 600  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 23 | 新增    | 电子数显百分表     | (0~10)mm    | (0~10)mm     | $U=4\mu\text{m}$<br>$k=2$  | 送检         | 件    | /        | 100  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 24 | 新增    | 电子数显百分表     | (0~30)mm    | (0~30)mm     | $U=8\mu\text{m}$<br>$k=2$  | 送检         | 件    | /        | 150  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 25 | 新增    | 电子数显百分表     | (0~50)mm    | (0~50)mm     | $U=10\mu\text{m}$<br>$k=2$ | 送检         | 件    | /        | 200  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 26 | 新增    | 钢直尺         | 1500mm      | 1500mm       | $U=0.05\text{mm}$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 100  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 27 | 新增    | 钢直尺         | 2000mm      | 2000mm       | $U=0.06\text{mm}$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 150  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围                   | 规格                     | 准确度等级/测量扩展不确定度                                    | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1     | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-------------|------------------------|------------------------|---|------------|------|----------|------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 28 | 新增    | 公法线千分尺      | (100~200)mm            | (100~200)mm            | $U=0.8\mu\text{m} + 6.8 \times 10^{-6}L$          | 均可         | 件    | /        | 200  | 校对杆(块) 70/根 | 70       | /       | /        | /       | /        |
| 29 | 新增    | 刮板细度计       | (50-150) $\mu\text{m}$ | (50-150) $\mu\text{m}$ | MPE: $\pm (1.5\sim 3.5\mu\text{m})$               | 送检         | 件    | /        | 200  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 30 | 新增    | 奇数沟千分尺      | (0~100)mm              | (0~100)mm              | $U=1.3\mu\text{m}$<br>$k=2$                       | 均可         | 件    | /        | 200  | 光滑塞规        | 120      | /       | /        | /       | /        |
| 31 | 新增    | 深度千分尺       | (100~200)mm            | (100~200)mm            | $U=2.4\mu\text{m}k=2$                             | 均可         | 件    | /        | 400  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 32 | 新增    | 深度指示表       | (1~100)mm              | (1~100)mm              | MPE: $\pm (0.004\sim 0.05)\text{mm}$              | 送检         | 件    | /        | 100  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 33 | 新增    | 深度指示表       | (100~300)mm            | (100~300)mm            | MPE: $\pm (0.004\sim 0.05)\text{mm}$              | 送检         | 件    | /        | 200  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 34 | 新增    | 数显千分表       | (0~10)mm               | (0~10)mm               | $U=1.2\mu\text{m}$<br>$k=2$                       | 送检         | 件    | /        | 200  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 35 | 新增    | 数显千分表       | (10~30)mm              | (10~30)mm              | $U=1.8\mu\text{m}$<br>$k=2$                       | 送检         | 件    | /        | 300  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 36 | 新增    | 数显外径千分尺     | (0~25)mm               | (0~25)mm               | $U=1.0\mu\text{m} + 3.5 \times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 100  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 37 | 新增    | 数显外径千分尺     | (25~100)mm             | (25~100)mm             | $U=1.0\mu\text{m} + 3.5 \times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 150  | 校对杆50/根     | 50       | /       | /        | /       | /        |
| 38 | 新增    | 数显外径千分尺     | (100~300)mm            | (100~300)mm            | $U=1.0\mu\text{m} + 3.5 \times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 160  | 校对杆70/根     | 70       | /       | /        | /       | /        |
| 39 | 新增    | 线纹钢直角尺      | $\leq 300\text{mm}$    | $\leq 300\text{mm}$    | $U=0.04\text{mm}$<br>$k=2$                        | 送检         | 件    | /        | 120  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 40 | 新增    | 线纹钢直角尺      | $\leq 500\text{mm}$    | $\leq 500\text{mm}$    | $U=0.04\text{mm}$<br>$k=2$                        | 送检         | 件    | /        | 150  | /           | /        | /       | /        | /       | /        |
| 41 | 新增    | 引伸计         | (0~50)mm               | (0~50)mm               | 0.5级及以下   | 现场         | 个    | /        | 1000 | /           | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围                           | 规格                         | 准确度等级/测量扩展不确定度                 | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明    | 基础收费 | 加收规则说明1         | 加收金额1(元) | 加收规则说明2   | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------|-------------|------|-----------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 42 | 新增    | 指针式千分表      | (0~3) mm                       | (0~3) mm                   | $U=1.8\mu\text{m}$<br>$k=2$    | 送检         | 件    | /           | 100  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 43 | 新增    | 砖用卡尺        | /                              | /                          | $U=0.06\text{mm}$<br>$k=2$     | 均可         | 件    | /           | 200  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 44 | 新增    | 标准钢卷尺       | (0~50) m                       | 5m/10m/30m/50m             | $U=(5+5L)\mu\text{m}$<br>$k=2$ | 送检         | 把    | 5m及以下       | 490  | 每增加1m           | 15       | /         | /        | /       | /        |
| 45 | 新增    | 电子经纬仪       | (0~360) °                      | /                          | I级及以下                          | 送检         | 台    | /           | 600  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 46 | 新增    | 读数显微镜       | (0~8) mm                       | 0.01mm/0.05mm/<br>0.0025mm | MPE:<br>10/5/2.5 $\mu\text{m}$ | 送检         | 台    | /           | 300  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 47 | 新增    | 手持式激光测距仪    | (0~192) m                      | /                          | 0级及以下                          | 送检         | 台    | /           | 800  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 48 | 新增    | 小角度检查仪      | (0~40) ′                       | /                          | $U=$<br>(0.1~0.7)<br>", $k=2$  | 现场         | 台    | 指示计为杠杆齿轮比较仪 | 1500 | 指示计为光学计         | 600      | 指示计为接触干涉仪 | 1000     | /       | /        |
| 49 | 新增    | 三相电子式多功能电能表 | 3×(57.7~400)V<br>3×(0.01~100)A | /                          | 0.2S级                          | 送检         | 台    | 有功电能        | 720  | 增加无功电能项目每台加收160 | 160      |           |          | /       | /        |
| 50 | 新增    | 三相电子式多功能电能表 | 3×(57.7~400)V<br>3×(0.01~100)A | /                          | 0.5S级                          | 送检         | 台    | 有功电能        | 560  | 增加无功电能项目每台加收160 | 160      |           |          | /       | /        |
| 51 | 新增    | 直流电能表       | (0.1~1000) V<br>(0.001~600) A  | /                          | 0.2级                           | 均可         | 台    | 按规程要求       | 900  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 52 | 新增    | 直流电能表       | (0.1~1000) V<br>(0.001~600) A  | /                          | 0.5级                           | 均可         | 台    | 按规程要求       | 700  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 53 | 新增    | 直流电能表       | (0.1~1000) V<br>(0.001~600) A  | /                          | 1级                             | 均可         | 台    | 按规程要求       | 500  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |
| 54 | 新增    | 直流电能表       | (0.1~1000) V<br>(0.001~600) A  | /                          | 2级                             | 均可         | 台    | 按规程要求       | 300  | /               | /        | /         | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称     | 测量范围  | 规格          | 准确度等级/测量扩展不确定度                           | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明       | 基础收费 | 加收规则说明1        | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-----------------|---|-------------|--|------------|------|----------------|------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 55 | 新增    | 三相组合互感器         | 电流互感器：<br>(10~500)A/5A；电压互感器：(6、10)kV/100V，(6、10)kV/ $\sqrt{3}$ /100V/ $\sqrt{3}$ | /           | 电流互感器:0.2S级及以下级别，电压互感器：0.2级及以下等级         | 送检         | 台    | V联接            | 600  | 每增加一个变比加收500   | 500      | /       | /        | /       | /        |
| 56 | 新增    | 三相组合互感器         | 电流互感器：<br>(10~500)A/5A；电压互感器：(6、10)kV/100V，(6、10)kV/ $\sqrt{3}$ /100V/ $\sqrt{3}$ | /           | 电流互感器:0.2S级及以下级别，电压互感器：0.2级及以下等级         | 送检         | 台    | Y联接            | 1000 | 每增加一个变比加收500   | 500      | /       | /        | /       | /        |
| 57 | 新增    | 金属探伤仪           | /   | /           | /  | 送检         | 台    | 无              | 200  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 58 | 新增    | 停车场电子计时收费装置检定装置 | (0~99999.99) s  | /           | $\pm (0.04+5 \times T \times 10^{-6})$ s | 现场         | 台    | 停车场计时收费，50车位以下 | 1500 | 每增加50车位加收1000元 | 1000     |         |          |         | /        |
| 59 | 新增    | 吨包秤             | $\geq 500$ kg   | /           | 1.0级及几下                                  | 现场         | 台    | /              | 4000 | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 60 | 新增    | 吨包秤             | 100kg~500kg   | /           | 1.0级及几下                                  | 现场         | 台    | /              | 2500 | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 61 | 新增    | 人体秤(模拟式)        | 0-120kg   | TCS-120     | 三级及以下                                    | 均可         | 台    | /              | 50   | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 62 | 新增    | 滚筒反力式制动检验台      | /   | /           | /  | 现场         | 台    | 摩托车制动检验台       | 550  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 63 | 新增    | 机动车前照灯检测仪       | /   | 光强(0~60)kcd | /  | 现场         | 台    | 光强(0~60)kcd    | 800  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围                             | 规格 | 准确度等级/测量扩展不确定度   | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明              | 基础收费 | 加收规则说明1   | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-------------|----------------------------------|----|--|------------|------|-----------------------|------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
| 64 | 新增    | 平板式制动检验台    | /                                | /  | /  | 现场         | 台    | 每个制动平板                | 550  | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 65 | 新增    | 汽车加载制动检验台   | /                                | /  | /  | 现场         | 台    | 制动部分                  | 1100 | 轴重台   | 600      | 轮重台     | 1100     | /       | /        |
| 66 | 新增    | 透射式烟度计      | /                                | /  | /  | 均可         | 台    |                       | 950  | 温度传感器   | 100      | 转速传感器   | 250      | /       | /        |
| 67 | 新增    | 轴(轮)重仪      | /                                | /  | /  | 现场         | 台    | 满量程3t以下               | 600  | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 68 | 新增    | 轴(轮)重仪      | /                                | /  | /  | 现场         | 台    | 满量程3t~5t              | 1100 | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 69 | 新增    | 轴(轮)重仪      | /                                | /  | /  | 现场         | 台    | 满量程5t~10t             | 1400 | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 70 | 新增    | 轴(轮)重仪      | /                                | /  | /  | 现场         | 台    | 满量程10t以上              | 1700 | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 71 | 新增    | 电动通风干湿表     | 温度: (5~50) °C<br>湿度: (10~95) %RH | /  | $U=0.03^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$<br>$U=1.3\%\text{RH}$<br>$k=2$ | 送检         | 台    | /                     | 2000 | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 72 | 新增    | 精密露点仪       | 露点: (-70~20) °C                  | /  | $U=(0.40\sim0.30)^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$                      | 均可         | 台    | /                     | 2500 | /   | /        | /       | /        | /       | /        |
| 73 | 新增    | 医用电子体温计     | (35~44) °C                       | /  | $U=0.07^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$                                | 送检         | 支    | 后续检定37 °C, 41 °C两个温度点 | 120  | 首次检定35 °C, 36 °C, 37 °C, 38 °C, 40 °C, 41.5 °C六个温度点 | 120      | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称     | 测量范围                   | 规格     | 准确度等级/测量扩展不确定度 | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明     | 基础收费 | 加收规则说明1               | 加收金额1(元) | 加收规则说明2            | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|-----------------|------------------------|--------|----------------|------------|------|--------------|------|-----------------------|----------|--------------------|----------|---------|----------|
| 74 | 新增    | 液位计(非反射式)       | $L \leq 9m$            | /      | /              | 送检         | 台    | 1m及以下        | 1200 | 1m~3m(含), 每增加100mm    | 35       | 3m~9m(含), 每增加100mm | 15       | /       | /        |
| 75 | 新增    | 反射式液位计          | $L \leq 100m$          | /      | /              | 送检         | 台    | 1m及以下        | 1200 | 9m(含)以内, 每增加100mm     | 30       | 9m以上, 每增加1m        | 50       | /       | /        |
| 76 | 新增    | 车用尿素溶液加注机       | (2~40)<br>L/min        | /      | /              | 现场         | 台    | /            | 2000 | /                     | /        | /                  | /        | /       | /        |
| 77 | 新增    | 液体石油产品量自动计量控制系统 | DN125及以上               | /      | 0.2级           | 现场         | 套    | 汽油、柴油或其他单一油品 | 4100 | 乙醇汽油加收1000元           | 1000     | /                  | /        | /       | /        |
| 78 | 新增    | 油介质容积式流量计计量系统   | DN50及以下                | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | /            | 1800 | /                     | /        | /                  | /        | /       | /        |
| 79 | 新增    | 油介质容积式流量计计量系统   | DN65~DN100             | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | /            | 2700 | DN65以上, 每增加5mm加收90元   | 90       | /                  | /        | /       | /        |
| 80 | 新增    | 油介质容积式流量计计量系统   | DN125及以上               | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | /            | 3500 | DN125以上, 每增加5mm加收130元 | 130      | /                  | /        | /       | /        |
| 81 | 新增    | 油介质质量式流量计计量系统   | DN50及以下                | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | /            | 2000 | /                     | /        | /                  | /        | /       | /        |
| 82 | 新增    | 油介质质量式流量计计量系统   | DN65~DN100             | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | /            | 3000 | DN65以上, 每增加5mm加收100元  | 100      | /                  | /        | /       | /        |
| 83 | 新增    | 油介质质量式流量计计量系统   | DN125及以上               | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | /            | 4000 | DN125以上, 每增加5mm加收150元 | 150      | /                  | /        | /       | /        |
| 84 | 新增    | 电子皂膜流量计         | (0.01-30)L/min         | /      | 0.5及以下         | 送检         | 台    | /            | 800  | /                     | /        | /                  | /        | /       | /        |
| 85 | 新增    | 燃气表             | $q_{max} \geq 40m^3/h$ | G25及以上 | 1.5级及以下        | 均可         | 台    | /            | 285  | 带附加装置的燃气表加收           | 125      | /                  | /        | /       | /        |
| 86 |       | 液体流量计(差压式)      |                        | DN15   |                |            |      |              | 950  | /                     | /        | /                  | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号 | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称   | 测量范围               | 规格       | 准确度等级/测量扩展不确定度                     | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明                     | 基础收费 | 加收规则说明1 | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|----|-------|---|--------------------|----------|------------------------------------|------------|------|------------------------------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 87 | 新增    | 式流量计\超声流量计\电磁流量计\涡轮流量计\液体容积式流量计\科里奥利质量流量计\质量流量计\速度式流量计\浮子流量计\涡街流量计) | (0.1~12)m/s        | DN20     | 1.5级及其以下等级或1.0级及其以下等级              | 现场         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 1000 | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 88 |       |   |                    | DN25     |                                    |            |      |                              | 1050 | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 89 |       |   |                    | DN32     |                                    |            |      |                              | 1100 | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 90 |       |   |                    | DN40     |                                    |            |      |                              | 1200 | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 91 | 新增    | 冷水水表  | (0.1~12)m/s        | DN32     | 2级及其以下等级                           | 现场         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 500  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 92 |       |   |                    | DN40     |                                    |            |      |                              | 600  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 93 | 新增    | 微小液体流量计(浮子流量计)  | 10mL/h~200mL/h     | DN2~DN15 | 0.2级及以下                            | 送检         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 1500 | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 94 |       |   | 200mL/h~4000mL/h   | DN2~DN15 |                                    |            |      |                              | 1000 | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 95 |       |   | 4000mL/h~80000mL/h | DN2~DN15 |                                    |            |      |                              | 500  | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 96 | 新增    | 微小液体流量计(电磁流量计,质量流量计,涡轮流量计)  | 10mL/h~200mL/h     | DN2~DN15 | 0.2级及以下                            | 送检         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 2000 | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 97 |       |   | 200mL/h~4000mL/h   | DN2~DN15 |                                    |            |      |                              | 1600 | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 98 |       |   | 4000mL/h~80000mL/h | DN2~DN15 |                                    |            |      |                              | 1200 | /       | /        | /       | /        | /       |          |
| 99 | 新增    | 电接风向风速仪   | (0.5~40)m/s        | /        | MPE: ±(0.5m/s+0.02×v)<br>(v: 标准风速) | 送检         | 台    | /                            | 340  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称   | 测量范围           | 规格     | 准确度等级/测量扩展不确定度 | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1                               | 加收金额1(元) | 加收规则说明2            | 加收金额2(元) | 加收规则说明3             | 加收金额3(元) |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------------|------|----------|------|---------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| 100 | 新增    | 流量计二次仪表(在线检定) | 视现场参数而定        | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | 示值误差、重复性 | 660  | 每增加1台压力变送器或差压变送器,增加480元;              | 480      | 每增加1台温度变送器,增加500元; | 500      | 每增加积算仪通道1通道,增加660元; | 660      |
| 101 | 新增    | 体积修正仪(现场检定)   | 视现场参数而定        | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | 示值误差、重复性 | 1000 | /                                     | /        | /                  | /        | /                   | /        |
| 102 | 新增    | 在线标准孔板        | DN<1000mm      | /      | 合格/不合格         | 现场         | 台    | 几何法检测    | 300  | DN300(含)以下300元, DN300以上口径每增加1mm,增加1元。 | 1        | /                  | /        | /                   | /        |
| 103 | 新增    | 在线流量积算仪       | 视现场参数而定        | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | 示值误差、重复性 | 660  | 每增加1通道,增加660元                         | 660      | /                  | /        | /                   | /        |
| 104 | 新增    | 在线压力变送器       | (0~16) Mpa     | /      | 0.2级及以下        | 现场         | 台    | 示值误差、重复性 | 480  | /                                     | /        | /                  | /        | /                   | /        |
| 105 | 调整    | 活塞式压力计        | ≤250MPa        | /      | 0.05级          | 送检         | 台    | /        | 450  | 活塞式压力计专用砝码(每块)                        | 30       | /                  | /        | /                   | /        |
| 106 | 调整    | 压力变送器         | (-0.1~250) MPa | 表压     | 0.2级及以下        | 均可         | 台    | /        | 300  | /                                     | /        | /                  | /        | /                   | /        |
| 107 | 调整    | 砝码            | 1000kg         | 1000kg | M1等级           | 均可         | 块    | /        | 360  | /                                     | /        | /                  | /        | /                   | /        |
| 108 | 调整    | 砝码            | 2000kg         | 2000kg | M1等级           | 均可         | 块    | /        | 480  | /                                     | /        | /                  | /        | /                   | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围                  | 规格                | 准确度等级/测量扩展不确定度  | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1       | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---|------------|------|----------|------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 109 | 调整    | 半径样板        | (1~25) mm             | (1~25) mm         | MPE: ±<br>(0.02~<br>0.042) mm                         | 送检         | 片    | /        | 5    | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 110 | 调整    | 标准平面平晶      | Φ150mm                | Φ150mm            | $U=0.017\mu\text{m}$<br>$k=2$                         | 送检         | 块    | /        | 2000 | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 111 | 调整    | 带表千分尺       | (0~100) mm            | (0~100) mm        | MPE: ±<br>(0.004~<br>0.05) mm                         | 均可         | 件    | /        | 100  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 112 | 调整    | 刀口形直尺       | (0~300) mm            | 300mm以下           | $U=0.50\mu\text{m}$<br>$k=2$                          | 送检         | 件    | /        | 100  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 113 | 调整    | 钢卷尺         | /                     | /                 | $U=0.11\mu\text{m}$<br>$+2.9\times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 送检         | 件    | 5m(含)以下  | 30   | 5米以上每增加1米加收5元 | 5        | /       | /        | /       | /        |
| 114 | 调整    | 钢直尺         | 500mm以下               | 500mm以下           | $U=0.05\text{mm}$<br>$k=2$                            | 均可         | 件    | /        | 30   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 115 | 调整    | 钢直尺         | ><br>500mm~1000m<br>m | ><br>500mm~1000mm | $U=0.05\text{mm}$<br>$k=2$                            | 均可         | 件    | /        | 50   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 116 | 调整    | 杠杆百分表       | (0~0.8) mm            | (0~0.8) mm        | $U=2.0\mu\text{m}$<br>$k=2$                           | 送检         | 件    | /        | 80   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 117 | 调整    | 杠杆千分表       | (0~0.2) mm            | (0~0.2) mm        | $U=1.2\mu\text{m}$<br>$k=2$                           | 送检         | 件    | /        | 80   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 118 | 调整    | 杠杆千分尺       | (0~25) mm             | (0~25) mm         | $U=0.6\mu\text{m} +$<br>$2.6\times 10^{-6}L$ ,        | 均可         | 件    | /        | 200  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 119 | 调整    | 杠杆千分尺       | (25~100) mm           | (25~100) mm       | $U=0.6\mu\text{m} +$<br>$2.6\times 10^{-6}L$ ,        | 均可         | 件    | /        | 300  | 校对杆50/根       | 50       | /       | /        | /       | /        |
| 120 | 调整    | 高度卡尺        | (0~300) mm            | (0~300) mm        | $U=0.01\text{mm}$<br>$k=2$                            | 均可         | 件    | /        | 50   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 121 | 调整    | 高度卡尺        | (0~500) mm            | (0~500) mm        | $U=0.01\text{mm}$<br>$k=2$                            | 均可         | 件    | /        | 80   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 122 | 调整    | 高度卡尺        | (0~1000) mm           | (0~1000) mm       | $U=0.02\text{mm}$<br>$k=2$                            | 均可         | 件    | /        | 100  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围                                   | 规格                  | 准确度等级/测量扩展不确定度                                       | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1        | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|-------------|--|---------------------|--|------------|------|----------|------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 123 | 调整    | 高度卡尺        | (0~2000)mm                             | (0~2000)mm          | $U=0.02\text{mm}$<br>$k=2$                           | 均可         | 件    | /        | 300  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 124 | 调整    | 公法线千分尺      | (0~25)mm                               | (0~25)mm            | $U=0.8\mu\text{m} + 6.8 \times 10^{-6}L$             | 均可         | 件    | /        | 100  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 125 | 调整    | 公法线千分尺      | (25~100)mm                             | (25~100)mm          | $U=0.8\mu\text{m} + 6.8 \times 10^{-6}L$             | 均可         | 件    | /        | 150  | 校对杆(块)<br>50/根 | 50       | /       | /        | /       | /        |
| 126 | 调整    | 轨距尺         | /                                      | /                   | 2级   | 送检         | 把    | /        | 100  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 127 | 调整    | 轨距尺         | /                                      | /                   | 0,1级   | 送检         | 把    | /        | 300  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 128 | 调整    | 焊接检验尺       | /                                      | /                   | $U=0.01\text{mm}$<br>$k=2$<br>$U=6'$ , $k=2$         | 均可         | 件    | /        | 150  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 129 | 调整    | 合像水平仪       | (0~100)mm                              | (0~100)mm           | MPE: $\pm 0.02\text{mm/m}$                           | 送检         | 个    | /        | 300  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 130 | 调整    | 机械比较仪       | $\pm 0.06\text{mm}$                    | $\pm 0.06\text{mm}$ | $U=0.06\mu\text{m}$<br>$k=2$                         | 送检         | 件    | /        | 200  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 131 | 调整    | 角度块         | (0~360)°                               | (0~360)°            | $U=0.8''$  | 送检         | 角    | /        | 50   | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 132 | 调整    | 量块          | 83块, (0.5~100)mm                       | 83块, (0.5~100)mm    | $U=0.10\mu\text{m} + 1 \times 10^{-6}l_n$ ,<br>$k=2$ | 送检         | 块    | /        | 80   | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 133 | 调整    | 量块          | 20块, (5.12~100)mm                      | 20块, (5.12~100)mm   | $U=0.10\mu\text{m} + 1 \times 10^{-6}l_n$ ,<br>$k=2$ | 送检         | 块    | /        | 80   | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 134 | 调整    | 量块          | 正10块, (1~1.009)mm<br>负10块, (0.991~1)mm | 负10块, (0.991~1)mm   | $U=0.10\mu\text{m} + 1 \times 10^{-6}l_n$ ,<br>$k=2$ | 送检         | 块    | /        | 80   | /              | /        | /       | /        | /       | /        |
| 135 | 调整    | 量块          | 12块, (10~291.8)mm                      | 12块, (10~291.8)mm   | $U=0.20\mu\text{m} + 2 \times 10^{-6}l_n$ ,<br>$k=2$ | 送检         | 块    | /        | 200  | /              | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围                | 规格                  | 准确度等级/测量扩展不确定度  | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1       | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|-------------|---------------------|---------------------|---|------------|------|----------|------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 136 | 调整    | 量块          | 大8块, (125~500)mm    | 大8块, (125~500)mm    | $U = 0.20\mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} l_n$ ,<br>$k=2$ | 送检         | 块    | /        | 200  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 137 | 调整    | 量块          | 大5块, (600~1000)mm   | 大5块, (600~1000)mm   | $U = 0.20\mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} l_n$ ,<br>$k=2$ | 送检         | 块    | /        | 500  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 138 | 调整    | 量油尺         | /                   | /                   | $U = 0.02 \text{ mm} + 4.2 \times 10^{-6} L$<br>$k=2$   | 送检         | 件    | 5m(含)以下  | 40   | 5米以上每增加1米加收5元 | 5        | /       | /        | /       | /        |
| 139 | 调整    | 螺纹样板        | (0.4~6)mm,(4~28)n   | (0.4~6)mm,(4~28)n   | MPE: $\pm$<br>(0.010~0.020) mm                          | 送检         | 片    | /        | 5    | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 140 | 调整    | 扭簧比较仪       | $\pm 0.06\text{mm}$ | $\pm 0.06\text{mm}$ | $U = 0.06\mu\text{m}$<br>$k=2$                          | 送检         | 件    | /        | 200  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 141 | 调整    | 平行平晶        | I~IV                | I~IV                | $U = 0.2\mu\text{m}$<br>$k=2$                           | 送检         | 块    | /        | 100  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 142 | 调整    | 塞尺          | /                   | 300mm               | $U = 1.4\mu\text{m}$<br>$k=2$                           | 送检         | 片    | /        | 6    | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 143 | 调整    | 塞尺          | /                   | (300~500)mm         | $U = 1.4\mu\text{m}$<br>$k=2$                           | 送检         | 片    | /        | 10   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 144 | 调整    | 塞尺          | /                   | (500~1000)mm        | $U = 1.4\mu\text{m}$<br>$k=2$                           | 送检         | 片    | /        | 20   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 145 | 调整    | 三等标准金属线纹尺   | 1m                  | 1m                  | $U = 4.8\mu\text{m} + 6.5 \times 10^{-7} L$<br>$k=2$    | 送检         | 个    | /        | 600  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 146 | 调整    | 深度千分尺       | (0~100) mm          | (0~100) mm          | $U = 1.6\mu\text{m} k=2$                                | 均可         | 件    | /        | 300  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 147 | 调整    | 通用卡尺        | (0~300) mm          | (0~300) mm          | $U = 0.01\text{mm}$<br>$k = 2$                          | 均可         | 件    | /        | 50   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 148 | 调整    | 通用卡尺        | (0~500) mm          | (0~500) mm          | $U = 0.01\text{mm}$<br>$k = 2$                          | 均可         | 件    | /        | 80   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 149 | 调整    | 通用卡尺        | (0~1000) mm         | (0~1000) mm         | $U = 0.01\text{mm}$<br>$k = 2$                          | 均可         | 件    | /        | 100  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称   | 测量范围                | 规格                  | 准确度等级/测量扩展不确定度                                       | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1       | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|---------------|---------------------|---------------------|--|------------|------|----------|------|---------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 150 | 调整    | 通用卡尺          | (0~1500) mm         | (0~1500) mm         | $U=0.02\text{mm}$<br>$k=2$                           | 均可         | 件    | /        | 180  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 151 | 调整    | 通用卡尺          | (0~2000) mm         | (0~2000) mm         | $U=0.02\text{mm}$<br>$k=2$                           | 均可         | 件    | /        | 200  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 152 | 调整    | 外径千分尺         | (0~25) mm           | (0~25) mm           | $U=1.0\mu\text{m}$<br>$+3.5\times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 60   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 153 | 调整    | 外径千分尺         | (25~100) mm         | (25~100) mm         | $U=1.0\mu\text{m}$<br>$+3.5\times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 70   | 校对杆50/根       | 50       | /       | /        | /       | /        |
| 154 | 调整    | 外径千分尺         | (100~300) mm        | (100~300) mm        | $U=1.0\mu\text{m}$<br>$+3.5\times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 80   | 校对杆70/根       | 70       | /       | /        | /       | /        |
| 155 | 调整    | 外径千分尺         | (300~500) mm        | (300~500) mm        | $U=1.0\mu\text{m}$<br>$+3.5\times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 均可         | 件    | /        | 100  | 校对杆100/根      | 100      | /       | /        | /       | /        |
| 156 | 调整    | 万能角度尺         | (0~320)°            | (0~320)°            | $U=1'$ ,<br>$k=2$                                    | 均可         | 件    | /        | 100  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 157 | 调整    | 万能角度尺         | (0~360)°            | (0~360)°            | $U=1'$ , $k=2$                                       | 均可         | 件    | /        | 200  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 158 | 调整    | 纤维卷尺          | /                   | /                   | $U=0.3\mu\text{m}$<br>$+5.3\times 10^{-6}L$<br>$k=2$ | 送检         | 件    | 5m(含)以下  | 30   | 5米以上每增加1米加收5元 | 5        | /       | /        | /       | /        |
| 159 | 调整    | 研磨面平尺         | 300mm               | 300mm               | $U=0.027\mu\text{m}$<br>$k=2$                        | 送检         | 件    | /        | 500  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 160 | 调整    | 长平晶           | 210mm               | 210mm               | /  | 送检         | 块    | /        | 2000 | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 161 | 调整    | 正多面棱体         | (0~360)°            | (0~360)°            | $U=k\times u_c=2\times 0.14''=0.28''\approx 0.3''$   | 送检         | 角    | /        | 40   | /             | /        | /       | /        | /       | /        |
| 162 | 调整    | 直角尺(线纹钢直角尺除外) | $\leq 300\text{mm}$ | $\leq 300\text{mm}$ | /  | 送检         | 件    | /        | 150  | /             | /        | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称   | 测量范围        | 规格          | 准确度等级/测量扩展不确定度              | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明            | 基础收费 | 加收规则说明1    | 加收金额1(元) | 加收规则说明2    | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------|---------------------|------|------------|----------|------------|----------|---------|----------|
| 163 | 调整    | 直角尺(线纹钢直角尺除外) | (300~500)mm | (300~500)mm | /                           | 送检         | 件    | /                   | 300  | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 164 | 调整    | 直角尺(线纹钢直角尺除外) | ≥500mm      | ≥500mm      | /                           | 送检         | 件    | /                   | 500  | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 165 | 调整    | 指针式百分表        | (0~5) mm    | (0~5) mm    | $U=2.6\mu\text{m}$<br>$k=2$ | 送检         | 件    | /                   | 80   | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 166 | 调整    | 指针式百分表        | (0~10) mm   | (0~10) mm   | $U=2.8\mu\text{m}$<br>$k=2$ | 送检         | 件    | /                   | 100  | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 167 | 调整    | 指针式大量程百分表     | (0~30) mm   | (0~30) mm   | $U=4\mu\text{m}$<br>$k=2$   | 送检         | 件    | /                   | 120  | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 168 | 调整    | 指针式大量程百分表     | (0~50) mm   | (0~50) mm   | $U=8\mu\text{m}$<br>$k=2$   | 送检         | 件    | /                   | 150  | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 169 | 调整    | 指针式千分表        | (0~1) mm    | (0~1) mm    | $U=1.2\mu\text{m}$<br>$k=2$ | 送检         | 件    | /                   | 80   | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 170 | 调整    | 竹木直尺          | 2000mm以下    | 2000mm以下    | MPE: ±<br>(0.8~2.3)<br>mm   | 送检         | 支    | /                   | 50   | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 171 | 调整    | 百分表检定仪        | (0~25) mm   | /           | MPE: 4μm                    | 均可         | 台    | /                   | 500  | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 172 | 调整    | 电子水平仪         | (0~5) mm/m  | /           | MPE:±<br>(1+A*2%)Δ          | 送检         | 台    | 0.01mm/m, 0.001mm/m | 1500 | 每增加一分辨力    | 500      | /          | /        | /       | /        |
| 173 | 调整    | 多齿分度台         | (0~360) °   | /           | 0级及以下                       | 送检         | 台    | /                   | 3000 | /          | /        | /          | /        | /       | /        |
| 174 | 调整    | 光学计           | ±100μm      | /           | MPE: ±<br>(0.2~0.25)<br>μm  | 现场         | 台    | /                   | 800  | 分度值为0.2 μm | 200      | 分辨力为0.1 μm | 400      | /       | /        |
| 175 | 调整    | 经纬仪检定装置       | (0~360) °   | /           | 分度台最大分度间隔误差0.30"            | 现场         | 台    | 不含多齿分度台             | 3000 | 多齿分度台      | 3000     | /          | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围   | 规格               | 准确度等级/测量扩展不确定度    | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明  | 基础收费 | 加收规则说明1    | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|-------------|--|------------------|-------------------|------------|------|-----------|------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 176 | 调整    | 平板          | (160×100)mm~(500×500)mm                                  | 长边小于500mm        | 0级及以下             | 均可         | 块    | 长边小于500mm | 500  | /          | /        | /       | /        | /       | /        |
| 177 | 调整    | 平板          | (500×500)mm~(12000×5000)mm                               | 长边≥500mm         | 0级及以下             | 现场         | 块    | 长边≥500mm  | 500  | 边长每增加100mm | 100      | /       | /        | /       | /        |
| 178 | 调整    | 千分表检定仪      | (0~2)mm  | /                | MPE: 1.5μm        | 均可         | 台    | /         | 500  | /          | /        | /       | /        | /       | /        |
| 179 | 调整    | 水平仪示值检定器    | (0~1.5)mm/m  | /                | MPE: ±6%          | 均可         | 台    | /         | 1000 | /          | /        | /       | /        | /       | /        |
| 180 | 调整    | 涂层测厚仪       | (12.5~10000)μm   | /                | B级及以下             | 均可         | 台    | 单一模式      | 200  | 每增加一模式     | 200      | /       | /        | /       | /        |
| 181 | 调整    | 万能工具显微镜     | (100×200)mm  | (100×200)mm      | MPE: ±(1+L/100)μm | 现场         | 台    | /         | 1000 | 分度台        | 500      | 分度头     | 500      | /       | /        |
| 182 | 调整    | 指示表检定仪      | 10mm   | /                | MPE: 3μm          | 均可         | 台    | 10mm量程    | 1000 | 50mm       | 500      | /       | /        | /       | /        |
| 183 | 调整    | 自准直仪        | 10' / (0~5)mm/m  | 0.2" / 0.005mm/m | 2级及以下             | 送检         | 台    | 单轴        | 2000 | 每增加1轴或1量程  | 2000     | 每增加1量程  | 2000     | /       | /        |
| 184 | 调整    | 充电桩(机)      | 交流: (10~480)V<br>(10mA~72A)<br>直流: (30~750)V<br>(5~250)A | /                | 1级及以下             | 均可         | 台    | 使用中检查     | 1200 | 每增加一个检定项目  | 200      | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称                | 测量范围  | 规格            | 准确度等级/测量扩展不确定度                             | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明      | 基础收费 | 加收规则说明1      | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|----------------------------|---|---------------|--|------------|------|---------------|------|--------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 185 | 调整    | X射线探伤机                     | 0.01cGy~1999.9cGy                               | /             | $U_{rel}=4.0\%$<br>( $k=2$ )               | 现场         | 台    | /             | 800  | 新设备验收        | 1000     | /       | /        | /       | /        |
| 186 | 调整    | 超声波探伤仪                     | 0~81dB  | /             | 衰减误差:<br>( $0.5\%A \pm 0.02$ )dB A-<br>衰减量 | 均可         | 台    | /             | 850  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 187 | 调整    | 电子秒表                       | 1s~3600s  | /             | $\pm (2 \times 10E-7 \times T + 3ms)$      | 送检         | 台    | /             | 150  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 188 | 调整    | 工业电视 更名为X射线电视系统            | 0.01cGy~1999.9cGy                               | /             | $U_{rel}=4.0\%$<br>( $k=2$ )               | 现场         | 台    | /             | 2600 | 新设备验收        | 5400     | /       | /        | /       | /        |
| 189 | 调整    | 机械秒表                       | 1s~3600s  | /             | $\pm (2 \times 10E-7 \times T + 3ms)$      | 送检         | 台    | /             | 120  | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 190 | 调整    | 低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 测量仪 | $(1 \sim 10^5)(\min \cdot 2\pi \text{sr})^{-1}$ | /             | $U_{rel}=10\%$<br>$k=2$                    | 现场         | 台    | 按通道           | 1000 | 增加一个通道       | 300      | /       | /        | /       | /        |
| 191 | 调整    | 氯化钠 $\gamma$ 谱仪            | $(2 \times 10^2 \sim 9 \times 10^3) \text{ Bq}$ | /             | $U_{rel}=15\%$<br>$k=2$                    | 现场         | 台    | /             | 1900 | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 192 | 调整    | 电子皮带秤                      | (10-1000) t/h                                   | (10-1000) t/h | 0.5级、1.0级、2.0级                             | 均可         | 台    | /             | 3500 | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 193 | 调整    | 机动车前照灯检测仪                  | /   | 光强(0~120) kcd | /  | 现场         | 台    | 光强(0~120) kcd | 1000 | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 194 | 调整    | 滑板式汽车侧滑检验台                 | /   | 双转向侧滑台        | /  | 现场         | 台    | 双转向侧滑台        | 1500 | /            | /        | /       | /        | /       | /        |
| 195 | 调整    | 医用超声诊断仪超声源                 | (1~500)mW                                       | /             | $U_{rel}=10\%, k=2$                        | 现场         | 台    | 按台收费          | 450  | 每增加一个探头加收300 | 300      | /       | /        | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称     | 测量范围   | 规格 | 准确度等级/测量扩展不确定度                               | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明             | 基础收费 | 加收规则说明1   | 加收金额1(元) | 加收规则说明2   | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|-----------------|--|----|--|------------|------|----------------------|------|---|----------|---|----------|---------|----------|
| 196 | 调整    | 医用激光            | 功率：<br>(0.2~200)<br>mW (波长<br>632.8nm) 功率：<br>(1~100)<br>mW (波长<br>1064nm) | /  | $U_{rel}=4\%, k=2$                           | 现场         | 台    | 按台收费                 | 600  | 每增加一个探头加收200  | 200      | /   | /        | /       | /        |
| 197 | 调整    | 工业铂、铜热电阻        | (-60~300)<br>℃   | /  | $U=(0.020\sim 0.029)^\circ\text{C}$<br>$k=2$ | 送检         | 台    | /                    | 300  | /   | /        | /   | /        | /       | /        |
| 198 | 调整    | 压力式温度计          | (-60~300)<br>℃   | /  | $U=(0.2\sim 0.9)^\circ\text{C}$<br>$k=2$     | 均可         | 温度点  | /                    | 45   | /   | /        | /   | /        | /       | /        |
| 199 | 调整    | 熔点仪             | (室温~300)<br>℃  | /  | $U=0.2^\circ\text{C}$ ,<br>$k=2$             | 均可         | 台    | /                    | 500  | /   | /        | /   | /        | /       | /        |
| 200 | 调整    | 示差扫描热量计         | (室温~700)<br>℃  | /  | A级、B级、<br>C级                                 | 现场         | 台    | 温度、热量                | 1000 | /   | /        | /   | /        | /       | /        |
| 201 | 调整    | 球形金属罐           | (10~2000) m <sup>3</sup>   | /  | $U_{rel}=0.3\%$ ,<br>$k=2$                   | 现场         | 个    | 基价                   | 500  | 基价基础上,<br>50m <sup>3</sup> (含) 以<br>内, 每增加1m <sub>3</sub> | 50       | 50m <sup>3</sup> 以<br>上, 每增<br>加1m <sup>3</sup> | 20       | /       | /        |
| 202 | 调整    | 卧式金属罐           | (10~200) m <sup>3</sup>  | /  | $U_{rel}=(0.25\sim 0.4)\%$ ,<br>$k=2$        | 现场         | 个    | 基价                   | 500  | 基价基础上,<br>50m <sup>3</sup> (含) 以<br>内, 每增加1m <sub>3</sub> | 50       | 50m <sup>3</sup> 以<br>上, 每增<br>加1m <sup>3</sup> | 20       | /       | /        |
| 203 | 调整    | 液体石油产品量自动计量控制系统 | DN100及以下   | /  | 0.2级   | 现场         | 套    | 汽油、柴油<br>或其他单一<br>油品 | 2000 | 乙醇汽油加收<br>500元  | 500      | /   | /        | /       | /        |
| 204 | 调整    | 体积管(活塞式)        | $U_{rel}=0.05\%$ ,<br>$k=2$  | /  | $U_{rel}=0.05\%$ ,<br>$k=2$                  | 现场         | 台    | 50L及以下               | 2000 | 50L~100L<br>(含), 每增<br>加1L                                | 40       | 100L以<br>上, 每增<br>加1L                           | 10       | /       | /        |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称  | 测量范围                        | 规格    | 准确度等级/测量扩展不确定度              | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明                     | 基础收费 | 加收规则说明1               | 加收金额1(元) | 加收规则说明2                | 加收金额2(元) | 加收规则说明3         | 加收金额3(元) |
|-----|-------|--|-----------------------------|-------|-----------------------------|------------|------|------------------------------|------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------|----------|
| 205 | 调整    | 体积管(球式)  | $U_{rel}=0.05\%$ ,<br>$k=2$ | /     | $U_{rel}=0.05\%$ ,<br>$k=2$ | 现场         | 台    | /                            | 2500 | 500L~1000L(含), 每增加10L | 30       | 1000L~2000L(含), 每增加10L | 20       | 2000L以上, 每增加10L | 10       |
| 206 | 调整    | 液体流量计(差压式流量计; 超声流量计; 电磁流量计; 涡轮流量计; 液体容积式流量计; 科里奥利质量流量计; 质量流量计; 速度式流量计; 浮子流量计; 涡街流量计) | (0.1~12)m/s                 | DN50  | 1.5级及其以下等级或1.0级及其以下等级       | 现场         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 1400 | /                     | /        | /                      | /        | /               | /        |
| 207 |       |  |                             | DN65  |                             |            |      |                              | 1500 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 208 |       |  |                             | DN80  |                             |            |      |                              | 1600 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 209 |       |  |                             | DN100 |                             |            |      |                              | 1700 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 210 |       |  |                             | DN125 |                             |            |      |                              | 1800 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 211 |       |  |                             | DN150 |                             |            |      |                              | 1900 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 212 |       |  |                             | DN200 |                             |            |      |                              | 2000 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 213 | 调整    | 冷水水表   | (0.1~12)m/s                 | DN50  | 2级及其以下等级                    | 现场         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 1000 | /                     | /        | /                      | /        | /               | /        |
| 214 |       |  |                             | DN65  |                             |            |      |                              | 1400 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 215 |       |  |                             | DN80  |                             |            |      |                              | 1500 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 216 |       |  |                             | DN100 |                             |            |      |                              | 1600 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 217 |       |  |                             | DN125 |                             |            |      |                              | 1700 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 218 |       |  |                             | DN150 |                             |            |      |                              | 1800 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |
| 219 |       |  |                             | DN200 |                             |            |      |                              | 2000 | /                     | /        | /                      | /        | /               |          |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称      | 测量范围                          | 规格           | 准确度等级/测量扩展不确定度 | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明                     | 基础收费 | 加收规则说明1   | 加收金额1(元) | 加收规则说明2                                    | 加收金额2(元) | 加收规则说明3       | 加收金额3(元) |
|-----|-------|------------------|-------------------------------|--------------|----------------|------------|------|------------------------------|------|---|----------|--|----------|---------------|----------|
| 220 | 调整    | 差压式液体流量计(系数)(非标) | (0.012~5090)m <sup>3</sup> /h | DN25~DN50    | 0.5级及其以下等级     | 送检         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 600  | 配套附件收费:差压变送器每个加收300元,温度传感器每个加收300元,压力传感器每个加收300元, | 300      | 积算仪每个通道加收400元                              | 400      | /             | /        |
| 221 |       |                  |                               | DN65~DN300   | 0.5级及其以下等级     | 送检         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 700  | DN65mm以上口径增1mm加收5元;                               | 5        | 配套附件收费:差压变送器加收300元;温度传感器加收300元;压力传感器加收300元 | 300      | 积算仪每个通道加收400元 | 400      |
| 222 |       |                  |                               | DN350~DN1000 | 0.5级及其以下等级     | 送检         | 台    | 基础检定流量点的个数不多于对应规程规定的检定流量点的个数 | 3000 | DN350mm以上口径增1mm加收10元                              | 10       | 配套附件收费:差压变送器加收300元;温度传感器加收300元;压力传感器加收300元 | 300      | 积算仪每个通道加收400元 | 400      |

## 2021年河北省计量监督检测研究院新增和调整的非强制检定收费标准

| 序号  | 新增/调整 | 项目名称或测量仪器名称 | 测量范围         | 规格    | 准确度等级/测量扩展不确定度  | 送检、现场检测或均可 | 收费单位 | 基础检测情况说明 | 基础收费 | 加收规则说明1 | 加收金额1(元) | 加收规则说明2 | 加收金额2(元) | 加收规则说明3 | 加收金额3(元) |
|-----|-------|-------------|--------------|-------|---|------------|------|----------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 223 | 调整    | 皮托管         | (5~25) m/s   | S型和L型 | L型: (5~10) m/s: 系数允许误差±0.04, (10~25) m/s: 系数允许误差±0.01; S型: (5~25) m/s: 系数允许误差±0.05; | 送检         | 台    | /        | 340  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 224 | 调整    | 轻便磁感风向风速表   | (0.5~30) m/s | /     | MPE: ±(0.5m/s+0.02×v)<br>(v: 标准风速)  | 送检         | 台    | /        | 340  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 225 | 调整    | 轻便三杯风向风速表   | (0.5~30) m/s | /     | MPE: ±(0.5m/s+0.02×v)<br>(v: 标准风速)  | 送检         | 台    | /        | 340  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |
| 226 | 调整    | 热球式风速表      | (0.5~30) m/s | /     | A级、B级   | 送检         | 台    | /        | 340  | /       | /        | /       | /        | /       | /        |