

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	单相交流电能表	电压：（57.7~380）V 电流：（0.1~100）A	0.2S 级及以下等级	JJG 596 JJG 307 JJG 691 JJG 1099 JJG 569
2	医用激光源	功率：0.1mW~200W 波长测量范围： 190nm~10.6μm 能量：1mJ~200J 波长测量范围： 190nm~10.6μm	MPE：±20%	JJG 581
3	柴油车氮氧化物(NO _x) 检测仪	NO： (0~4000)×10 ⁻⁶ mol/mol NO ₂ ： (0~1000)×10 ⁻⁶ mol/mol CO ₂ ： (0.0~18.0)%mol/mol	NO： MPE： ±25×10 ⁻⁶ mol/mol 或 ±4% NO ₂ ： MPE： ±25×10 ⁻⁶ mol/mol 或 ±4% CO ₂ ： MPE： ±5%	JJF 1873
4	核酸分析仪	核酸片段长度、 核酸片段浓度	$U_r=10.5\%$, $k=2$	JJF 1817
5	光学倾斜仪	(0~360)°	$U=10''$, $k=2$	JJF 1915
6	电子数显倾角仪	(-90~+90)°	$U=0.006^\circ$, $k=2$	JJF 1915
7	PM2.5 质量浓度测量 仪	浓度： (10~1000) μg/m ³	浓度： MPE： ±30%	JJF 1659

-----以下空白-----