

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	容重器	秤：1 mg~1 kg 容积：1000 mL	秤：Ⅲ级 容积： MPE：±2 mL	JJG 264
2	压缩氢气加气机	(0.2~7.2) kg/min	±2.5%	JJG（冀）192
3	光滑极限量规	≤500 mm	IT6 级~IT16 级	JJG 343
4	回路电阻测试仪	直流电阻： 1 μΩ~600 mΩ 直流电流： (0~600) A	0.2 级及以下等级	JJG 1052
5	小型蒸汽灭菌器温 度、压力参数校准装 置	温度：（0~140）℃ 压力：（0~500）kPa.a	温度：U=0.4℃， k=2 压力： U=1.3 kPa.a，k=2	JJF（冀）195
6	医用吸引器	负压示值： （-100~0）kPa	负压示值： ±1.6%（1.6 级） ±2.5%（2.5 级）	JJF 1810
7	水质色度仪	（0~70）度	MPE： ±5 度（0~40）度 ±10 度 [40~70]度	JJF 1689
8	紫外分光光度法测油 仪	浓度： （0~1000）mg/L 波长： （220~300）nm	浓度 MPE：±10% 波长 MPE： ±2.0 nm	JJF(冀) 202

-----以下空白-----