

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	pH 计检定仪	pH: 0~14 电位: (-2000~2000)mV	0.003 级 0.0006 级	JJG 919
2	刮板细度计	(0~150) μm	MPE: $\pm (1.5 \sim 3.5) \mu\text{m}$	JJG 905
3	铁路支距尺	(100~1800) mm	MPE: $\pm 0.4 \text{ mm}$	JJG 1108
4	定碳定硫分析仪	C: (0.005~4.00) % S: (0.003~0.200) %	红外碳硫分析仪 C: (0.005~4.00) % MPE: $\pm(0.002 \sim 0.030)\%$ S: (0.003~0.200) % MPE: $\pm(0.001 \sim 0.010)\%$ 自动高速碳硫分析仪 C: (0.030~4.00) % MPE: $\pm(0.010 \sim 0.050)\%$ S: (0.003~0.200) % MPE: $\pm(0.001 \sim 0.015)\%$	JJG 395
5	激光粒度分析仪	(1~120) μm	1 $\mu\text{m} < D_{50} \leq 5 \mu\text{m}$ MPE: $\pm 15\%$ 5 $\mu\text{m} < D_{50} \leq 20 \mu\text{m}$ MPE: $\pm 10\%$ $D_{50} > 20 \mu\text{m}$ MPE: $\pm 8\%$	JJF 1211

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
6	气溶胶光度计	流量： (0.01~50)L/min 质量浓度： (0.01~120)μg/L	流量： MPE: ±5% 质量浓度： (0.01~1) μg/L MPE: ±30% (10~120) μg/L MPE: ±20%	JJF 1800
7	血液黏度计	黏度： 1.0 mPa·s~ 20 mPa·s	黏度示值误差 MPE： ±5%	JJF 1316
8	硅酸根分析仪	(0~100)μg/mL	非在线仪器 仪器量程≤100 μg/L MPE: ±2.0 μg/L 仪器量程 >100 μg/L MPE: ±2.0%FS 在线仪器 仪器量程≤100 μg/L MPE: ±5.0 μg/L 仪器量程>100 μg/L MPE: ±5.0%FS	JJF 1539
9	金相显微镜	(4~100)× (0~16)mm	$U_{rel}=0.8\%$, $k=2$ $U=2\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	JJF 1914

-----以下空白-----