计量授权证书附件

机构名称：**河北省计量监督检测研究院**

Name of organization

地址：**河北省石家庄市鹿泉区上庄大街河北质监检测中心**

Address

法人代表：**张士东**

Legal representative

负责人：**张士东**

Person in charge

主管部门：**河北省市场监督管理局**

Competent authority

授权区域：**河北省内**

Authorized region

授权形式：**型式评价**

Authorized type

证书编号：**（冀）法计（2025）02028号**

Number of certificate

发证日期：**2025年2月5日**

Issued on

有效日期：**2030年2月4日**

Valid to

发证机关：**河北省市场监督管理局**

Issued by

计量授权证书附件

发证机关提示：

一、被授权单位必须认真贯彻执行计量法律、法规。

二、被授权单位的相应计量标准，必须接受计量基准或者社会公用计量标准的检定。

三、被授权单位开展授权项目工作，必须接受授权单位的监督。

四、被授权单位必须按照授权范围开展工作，需要新增授权项目，应当向授权单位提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权后，方可开展新增授权项目的工作。

五、需要继续承担授权任务的被授权单位，在有效期满前六个月应当向授权单位提出申请；授权单位根据需要和被授权单位的申请进行复查，经复查合格的，延长有效期。

六、被授权单位需要终止所承担的授权项目工作，应当提前六个月向授权单位提出书面报告；未经批准不得擅自终止工作。

计量授权证书附件

序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to
1	测量用三相组合互感器	额定电流变比：（5～600）A/（5、1）A； 额定电压变比： （$6\sqrt{3}$/ ～35）kV/ （100/$\sqrt{3}$、100）V	电流：0.2S 级及以下等级电压：0.2 级及以下等级	测量用互感器型式评价大纲第 6 部分：三相组合互感器 JJF 1701.6-2019
2	无创自动测量血压计	（0～40）kPa	MPE:±0.4kPa	无创自动测量血压计 JJG 692-2010 附录 A
3	血压计和血压表	（0～40）kPa	MPE:±0.5kPa	血压计和血压表型式评价大纲 JJF 1420-2013
4	一般压力表	（-0.1～250）MPa	1 级及以下	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲 JJF1415-2013
5	精密压力表	（-0.1～250）MPa	0.16 级及以下	弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲 JJF1414-2013
6	数字压力计	（-0.1～250）MPa	0.05 级及以下	数字压力计型式评价大纲 JJF1416-2013
7	压缩天然气加气机	≤100kg/min	MPE:±1.0%	压缩天然气加气机型式评价大纲 JJF 1369-2012

计量授权证书附件

序号 Number	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and number of technical document referred to
8	液化天然气加气机	≤80kg/min	10kg/min＜q≤20kg/min：MPE：±2.5% 20kg/min＜q≤80kg/min：MPE：±1.5%	液化天然气加气机型式评价大纲 JJF 1524-2015
9	皂膜流量计	0.01L/min～6m^3/h	0.5 级及以下	皂膜流量计 JJG 586-2006
10	浮标式氧气吸入器	流量：（0.1～15）L/min 压力：（0～15）MPa	流量：4 级 压力：2.5 级	浮标式氧气吸入器 JJF 1419-2013
11	旋进旋涡流量计	管径：DN300 及以下流量：（气体）：（0.5～11200）m^3/h、（0.01～120）m^3/h（液体）：（0.012～5090）m^3/h	（气体）1.0 级及以下 （液体）1.0 级及以下	旋进旋涡流量计型式评价大纲 JJF1554-2015
12	声级计	10 Hz～20 kHz	1 级、2 级	声级计型式评价大纲 JJF 1681—2017
13	总悬浮颗粒物采样器	中流量：（5～150）L/min 大流量：（0.8～1.2）m^3/min	MPE：±5%	总悬浮颗粒物采样器型式评价大纲 JJF1736-2018
14	大气采样器	（20～6000）mL/min	MPE：±5%	大气采样器型式评价大纲 JJF1404-2013